
Einbauzeichnung Hubwanne SPACE LINE

TRanspoRehaMedGmbH, Grünbaumstr.89, D-42659 Solingen, Tel. 0212/645850-0



Bauseitige Vorbereitungen:

- Warm- und Kaltwasseranschluß 1/2" Absperrhahn mit einem Außengewinde 1/2" für Überwurfmutter (Vorabsperrung bauseits)
 Zul. Wasserdruck 2-6 bar.
- 2 Stromanschluß 230V/50 Hz, 10 A, Festanschlußdose IP 45 mit eigenem FI-Schalter 30 mA. Gerät der Schutzklasse 1, hierdurch ist ein Schutzleiter erforderlich. Gerät muß mit einem 1-poligen Netzschalter (Phase) angeschlossen werden.